

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова 9, Земун

Број: 54/17-1064/1

Датум: 03.08.2017. године

У отвореном поступку јавне набавке добара медицинских средстава – ситног инвентара за потребе КБЦ Земун за 2017. годину., заинтересовано лице је поставило следеће:

1. Питање:

Молимо Вас за појашњење за јавну набавку ЈН 54/17-медицинска средства-ситан инвентар, за партију 1-душеци за болесничке кревете за Службу кардиологије.

Обзиром да се ради о медицинској установи да ли тражени душеци са непромочивом пресвлаком треба да поседују карактеристике са којима би могли да одговоре коришћењу у захтевним условима болничке средине, а то значи да је пресвлака:

-водонепропусна, парaproпусна(да не потпарује пацијента), да може да се искувава на 95 степени, да трпи стерилизацију 134 степена, односно да поседује сертификат независне акредитоване лабораторије

-антиалергијска, антибактеријска, незапаљива, односно да поседује сертификата Оско-тех 100 произвођача

-да се може лако прати тј. одржавати дезифицијенсима.

Да ли је потребно доставити стандарде произвођача за душеке ISO 1348, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001?

1. Одговор:

Наручилац заинтересованом понуђачу појашњава следеће у вези карактеристика за партију 1 душеци за болесничке кревете:

Непромочива пресвлака подразумева да је водонепропусна, а парaproпусна. Такође потребно је да има могућност искувавања на 95 степени и стерилизације на 134 степена, односно да поседује сертификат независне акредитоване лабораторије.

У свему осталом наручилац остаје при својима захтевима из конкурсне документације.

Комисија за ЈН 54/17