

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова 9, Земун

Број: 56/17-1149/1

Датум: 17.08.2017. године

У отвореном поступку јавне набавке услуга поправке и одржавања медицинске и лабораторијске опреме за потребе Клиничко болничког центра Земун, за 2017. годину, ЈН 56/17, заинтересовано лице је поставило следеће:

Питање:

За партију број XVI

Као додатни услов за партију бр. XVI навели сте следеће:

- Понуђач мора да достави овлашћење произвођача које је дато након објављивања позива за предметну јавну набавку и то да је исти овлашћен за услугу сервисирања опреме произвођача.

Уколико је понуђач истовремено и произвођач опреме која је предмет поправке и одржавања, доставља у слободној форми изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да је исти произвођач опреме која је предмет поправке и одржавања а све са позивом на број и назив јавне набавке.

- Понуђач мора да има најмање 1 сертификаног сервиса опреме за коју понуђач подноси понуду, у радном односу или ангажовано по неком другом основу код понуђача, са одговарајућим сертификатом за рад и сервисирање опреме. Неопходно је да је радни однос заснован пре подношења понуда-доказује се достављањем копије уговора о раду и пријаве запослених на обавезно социјално осигурање(случају радног односа). У случају ангажовања по неком другом основу, достављање копије уговора по којем је лице ангажовано нпр. уговор о делу, привремени и повремени послови и др. Понуђач мора да достави сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује да је сервисер оспособљен за пружање услуга(сертификат се издаје од стране самог произвођача опреме или његовог овлашћеног представника);

Имајући у виду значај Ваше установе и број уређаја у партији, предлагемо измену конкурсне документације у погледу додатних услова за партију бр. XVI и то како следи:

- Минимум 5 стално запослена сервисера, са унетим радним местом сервисера.(Доказ: Копија уговора о раду, М образац, Радна књижица). Због чињенице да понуђачи не обављају сервис само у Вашој установи

- Минимум 5 теретних возила за безбедан превоз уређаја који су предмет сервисирања? (Доказ копија важеће саобраћајне дозволе) због чињенице да понуђачи не обављају сервис само у Вашој установи.

- Поседовање калибрисаних мерних биомедицинских уређаја за испитивање електробезбедности и параметара који се налазе у партији и то за минимум.

*Пацијент монитори(електробезбедност у складу са произвођачком стандардом IEC 60601 и параметри – истовремено минимум за EKG, Респирације, NIBP i Spo2),

* Дефибрилаторе и то електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри (минимално следећи параметри: нумерички и графички приказ криве испорученог импулса, времеан пуњења на задату вредност енергије)

* Ултразвучних апарата(електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601)

(Доказ: Важећи сертификат о калибрацији мерног уређаја, Доказ о поседовању мерних уређаја, Примерак писменог извештаја мерног уређаја о резултатима испитивања (по један из наведене групе)

У нади да ћете изменити конкурсну документацију и омогућити понуђаче да поднесу прихватљиве понуде

Одговор:

Наручилац задржава право да у свему остане при захтевима из конкурсне документације.

Комисија за ЈН 56/17