

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова 9, Земун

Број: 48/18-758/1

Датум: 11.06.2018. године

У поступку јавне набавке добара, добара медицинских средстава – ситног и потрошног медицинског и лабораторијског материјала за потребе КБЦ Земун за 2018. годину ЈН 48/18, заинтересовано лице је поставило следеће:

Питање:

Молимо Вас за појашњење за ЈН 48/18, набавка добара медицинских средстава-ситног и потрошног медицинског и лабораторијског материјала за потребе КБЦ Земун за 2018.годину, за партију 10.

Душеци који се користе у здравственим установама, као и душеци који су тражени техничком спецификацијом према својој намени и карактеристикама које треба да испуне према категоризацији и класификацији медицинских средстава спадају у медицинска средства и потребно је да поседују Решење о упису у регистар медицинских средстава.

Обзиром да се ради о медицинској установи да ли навлака треба да поседује карактеристике са којима би могла да одговори коришћењу у захтевним условима болничке средине, а то значи да је навлака:

- водонепропусна, паропропусна (да не потпарује пацијента), да може да се искувава на 95 степени, да трпи стерилизацију 134 степена, односно да поседује сертификат независне акредитоване лабораторије

- антиалергијска, антибактеријска, незапаљива, односно да поседује сертификата Оеко-тех 100 произвођача

- да се може лако прати тј .одржавати дезифицијенсима.

Да ли је потребно да понуђени душеци поседују важеће сертификате произвођача ISO 13485, ISO 9001, 14001 и 18001?

Одговор:

Наручилац заинтересованом понуђачу појашњава следеће у вези карактеристика за партију број 10 душеци за болесничке кревете.

Непромочива пресвлака подразумева да је водонепропусна а паропропусна.Такође потребно је да има могућност искувавања на 95 степени и стерилизације на 134 степена, односно да поседује сертификат независне акредитоване лабораторије.

У свему осталом наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

Комисија за ЈН 48/18